

企业计量标准考核合格证书

本企业自主建立和管理的计量标准内部使用的最高计量标准参数如下：

：所采取的措施、人员和其他相应的管理制度均满足“企业”内部“量值传递”和溯源要求。 请自内容及相关资料真实有效。

2025

2025

2025

序号	计量标准名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	开展的项目名称	建立时间
1	配热电偶用温度仪表检定装置	(0~1600)℃	0.05级	数字温度指示调节仪 (配热电偶)	2020年03月03日
2	测微量具检定装置	(0~500)mm	4等、5等	电子自动测位器 (配热电偶)	2020年03月03日

负责人：王明

青明企业 (盖章)

声明日期：2026.1.1